

## Sicherheitsmitteilung: Fälschungen des Faltenunterspritzungsmittels „Restylane“

Von ausländischen Gesundheitsbehörden wurde Swissmedic darauf aufmerksam gemacht, dass gefälschte Packungen des Faltenunterspritzungsmittels Restylane entdeckt wurden. Die Inhaltsstoffe der Fälschung sind bisher nicht bekannt, Gesundheitsschäden können nicht ausgeschlossen werden.

Es ist nicht auszuschliessen, dass gefälschte Produkte auch in der Schweiz zum Kauf angeboten werden. Die gefälschten Produkte sollten auf keinen Fall angewendet werden.

Die bisher gefundenen gefälschten Produkte können durch das gleichzeitige Vorhandensein sämtlicher folgender Merkmale identifiziert werden:

- Name: Restylane (siehe Bild 1)
- Die Aussenpackung trägt folgende Angaben (siehe Bild 2):
  - die Referenznummer (REF) 10-70012,
  - die Lot Nummer (LOT) 12683-3
  - das Ablaufdatum (gekennzeichnet durch das Symbol einer Sanduhr) 2021-12-30
- Auf der Verpackung der Spritze (Blister) ist die Artikelnummer («Art. No.») 90-42162-02 angegeben.
- Die Verpackung ist auf English.

Bild 1:



Bild 2:



### Kontakt: Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

Medical Device Surveillance, Marktüberwachung  
Hallerstrasse 7  
3012 Bern  
medical.devices@swissmedic.ch  
www.swissmedic.ch

Schweizerisches Heilmittelinstitut  
Institut suisse des produits thérapeutiques  
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
Swiss Agency for Therapeutic Products