



Zürich, 7. März 2011

Chargenrückruf

**Wichtige Information zu Caverject® 10 µg und 20 µg Injektionspräparat,
Chargen X04797 (10 µg) und X01080 (20 µg) – Zul.-Nr. 52510**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir informieren Sie nach Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic darüber, dass bei Caverject 10 µg und 20 µg Injektionspräparat, Chargen X04797 (10 µg) und X01080 (20 µg) einzelne beigepackte Spritzenadeln (BD Microlane 30G) verstopft sein können.

Dies kann eine Anwendung von Caverject verunmöglichen. Bei einem erhöhten Kraftaufwand bei der Handhabung der Spritze können die verstopften Nadeln brechen und zu Verletzungen führen. In Ausnahmefällen könnte es zur Injektion von aus den Nadeln freigesetzten Partikeln kommen.

Wir möchten Sie daher höflich bitten, alle restlichen Packungen dieser Chargen an Ihren Lieferanten zu senden. Dieser wird Ihnen eine entsprechende Gutschrift ausstellen.

Caverject **DC** 10 µg und 20 µg Zweikammer-Fertigspritzen (Zul.-Nr. 55674) sind nicht betroffen.

Für weitere Informationen bitten wir Sie, Kontakt mit der Business Unit Established Product Pfizer AG Schweiz aufzunehmen (Tel. direkt 043 495 72 45 Frau Tanja Giuga).

Für diese Umtriebe bitten wir Sie um Entschuldigung und bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse

Pfizer AG