

Wichtige Mitteilung Chargen-Rückruf

Betrifft: **Chargenrückruf Implanon; (Zul. Nr: 54'839) Implantat mit 68 mg
Etonogestrelum**
Indikation: hormonale Kontrazeption
Chargen: **448907/558771 und 448907/507352**

Sehr geehrte Implanon Kundin, Sehr geehrter Implanon Kunde
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Firma Essex Chemie AG zieht die obenerwähnten Chargen von Implanon, Implantat vom Markt zurück. Aufgrund eines Produktionsfehlers ist bei einigen Applikatoren der zurückgerufenen Charge mit einem erhöhten Widerstand beim Ausstossen des Implantats aus dem Applikator zu rechnen. Die Abklärung der Ursache hat ergeben, dass Unregelmässigkeiten auf der Innenseite des Applikators in seltenen Fällen für den erhöhten Widerstand beim Ausstossen des Implantates verantwortlich waren. Eine Ersatzcharge wird am 2. Dezember 2009 verfügbar sein. Bitte retournieren Sie noch vorhandene Lagerbestände über den üblichen Bestellweg an ihren Grossisten oder bei Direktbestellung an:

Voigt Industrie Service AG
Lager Essex Chemie AG
Industriestrasse 9
CH-4623 Neuendorf SO
Tel: +41 62 387 73 73
Fax: +41 62 387 73 79

Die retournierte Ware wird Ihnen durch eine nicht betroffene Charge ersetzt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ESSEX Chemie AG
Weystrasse 20
6000 Luzern
Tel: +41 41 418 19 10
Fax: +41 41 418 18 50

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Umtriebe.

Mit freundlichen Grüssen
Essex Chemie AG

Dr. A. Jaeger
Fachtechnische Leitung

PD Dr. med. W. Russ
Medizinischer Direktor