

FAX

An/A/To

Von/De/From

Fax

Tel./Tél./Phone

Datum/Date 03. Juli 2009

Fax

KundenNo.

E-Mail

Medizinischer Rückruf Flaschen mit PinIndex Ventil

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir haben versucht, Sie am Freitag, den 3. Juli 2009 telefonisch zu kontaktieren, um Sie über einen medizinischen Rückruf zu informieren. Da wir Sie nicht erreichen konnten informieren wir Sie hiermit per Fax.

Wir haben ein technisches Problem an einzelnen PinIndex-Ventilen medizinischer Flaschen festgestellt (neues Restdruckventil). Einzelne Ventile könnten undicht sein. Im Extremfall könnte sich eine Flasche entleert haben.

Als Vorsichtsmassnahme rufen wir die entsprechenden Flaschen zur Überprüfung zurück:

- o Bitte prüfen Sie Ihren Bestand
- o Sondern Sie die Flaschen, deren Nummern unten genannt sind aus
- o Markieren Sie diese Flaschen mit einer Etikette beschriftet mit "Rückruf"
- o Stellen Sie diese Flaschen zur Abholung bereit
- o **in einem gut belüfteten Raum**

Anbei finden Sie die Flaschen in Ihrem Bestand, die von diesem Rückruf betroffen sind.

ArtikelNo.	Artikel	CylinderNo.	Barcode No.	Chargen/Lot No.
2020,xx02	O2 med., xx Liter, PinIndex	xxxxx	756311xxxxxxxx	JJMMDDXXX
2920,xx02	CO2 med., xx Liter, PinIndex	xxxxx	756311xxxxxxxx	JJMMDDXXX
2610,xx02	N2O med., xx Liter, PinIndex	xxxxx	756311xxxxxxxx	JJMMDDXXX

PanGas AG

PanGas AG
Hauptsitz
Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen

Telefon 0844 800 300
Fax 0844 800 301
E-Mail contact@pangas.ch
Internet www.pangas.ch

PanGas AG
Siège principal
Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen

Téléphone 0844 800 300
Fax 0844 800 301
E-Mail contact@pangas.ch
Internet www.pangas.ch