



Wichtige Sicherheitsinformation
in Absprache mit **swissmedic**



Wichtige Mitteilung zur Arzneimittelsicherheit

Primovist® 0,25 mmol/ml (Zulassungsnummer 56936)

Charge KT10V9A /1

Im Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic gibt Bayer (Schweiz) AG Primovist® 0,25 mmol/ml, Charge KT10V9A /1, nach einer zusätzlichen visuellen Kontrolle ab. Diese Packung wurde zu Kontrollzwecken geöffnet, anschliessend entsprechend gekennzeichnet und mit der neuen Chargenbezeichnung **KT10V9A /1** versehen.

Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 8
8045 Zürich
Schweiz

Zentrale
Tel. +41 44 465 81 11
www.bayer.ch

Hintergrund ist ein Lieferengpass, der aufgrund eines möglichen, sehr seltenen Qualitätsdefekts am Spritzenzylinder entstanden ist. Der mögliche Defekt betrifft rund 0,1% der Spritzen und kann sich wie folgt zeigen: Risse im Spritzenzylinder und/oder Arzneimittellösung in den Dichtlippen des Kolbens.

Was ist vor der Anwendung zu beachten?

Diese Packung darf verwendet werden. Bitte führen Sie vor der Anwendung jeder Spritze wie üblich gemäss Schweizer Arzneimittelinformation, Abschnitt «Hinweise für die Handhabung», eine visuelle Kontrolle durch.

- Primovist® ist eine gebrauchsfertige, klare, farblose bis hell gelbliche Lösung.
- Verwenden Sie das Kontrastmittel nicht, wenn Sie eine starke Farbabweichung, das Auftreten von Schwebeteilchen oder einen Defekt am Behälter beobachten.

Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW)

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic Vigilance System (EIViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informationen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: orders@bayer.ch, Tel. +41 44 465 82 20.

Freundliche Grüsse

Bayer (Schweiz) AG