

## ***Fälschungen des Faltenunterspritzungsmittels „Restylane“***

Von ausländischen Gesundheitsbehörden wurde Swissmedic darauf aufmerksam gemacht, dass gefälschte Packungen des Faltenunterspritzungsmittels Restylane Perlane entdeckt wurden. Die deutsche Firma Q-MED GmbH orientierte ihre Schweizer Kunden bereits über die Fälschungen.

Die Inhaltsstoffe der Fälschung sind bisher nicht bekannt, Gesundheitsschäden können nicht ausgeschlossen werden.

Die bisherigen gefälschten Produkte können anhand folgender Merkmale erkannt werden und sollten auf keinen Fall angewendet werden:

- Die bisher gefundenen Fälschungen tragen die Chargennummer 51-19101-03 auf der Aussenpackung, 51-19101-09 auf der Spritzenpackung.
- Die Markierung „CE“ wird von der Nummer 0562 gefolgt.
- Packungsaufmachung in Englisch, Französisch, Portugiesisch und Holländisch.
- Das Originalprodukt ist als Blisterpackung verschweisst, die Fälschung hingegen nicht.

Bilder der gefälschten Packungen können im Internet eingesehen werden unter [www.restylane.de/Infothek/News/](http://www.restylane.de/Infothek/News/) .

Es ist nicht auszuschliessen, dass gefälschte Produkte auch in der Schweiz zum Kauf angeboten werden. Sofern Sie davon Kenntnis haben, ersuchen wir Sie dringend, Swissmedic darüber zu informieren.

### Kontakt

Swissmedic, Abteilung Medizinprodukte  
Hallerstrasse 7  
Postfach  
CH-3000 Bern 9  
Tel. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46  
e-Mail: [medical.devices@swissmedic.ch](mailto:medical.devices@swissmedic.ch)

Weitere Informationen über Medizinprodukte finden Sie im Internet auf [www.swissmedic.ch/md.asp](http://www.swissmedic.ch/md.asp)