

Sicherheitsmitteilung

Warnung vor Anwendungen ausserhalb der Selbstbehandlung von Schmerzen bei den TENS Geräten der Firma Fritonex AG

4. Juli 2016

Betroffene Produkte:

TENS Geräte des Herstellers Fritonex AG, Breite 9, 3636 Forst bei Längenbühl:

- Power QuickZap
- PowerTube QuickZap Gold
- PowerTube QuickZap Silber

Beschreibung der Gefährdung:

- Die TENS- (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Geräte werden insbesondere im Internet teilweise für die Behandlung von verschiedenen Krankheiten beworben, so zum Beispiel für Malaria und Infektionen. Diese Werbung ist irreführend, da die Wirkung der TENS Geräte für diese Krankheiten und Beschwerden nicht nachgewiesen ist.
- Die TENS Geräte der Fritonex AG sind gemäss der Gebrauchsanweisung ausschliesslich für die Indikation **Selbstbehandlung von Schmerzen** vorgesehen. Die Wirkung bei anderen Krankheiten und Beschwerden ist nicht nachgewiesen.
- Wird anstelle einer wirksamen Behandlung der ausserhalb der Indikation stehenden Krankheiten ein TENS-Gerät verwendet, ist es nicht sichergestellt, dass Sie medizinisch fachgerecht behandelt werden.

Empfohlene Massnahmen:

Swissmedic empfiehlt:

- Die TENS-Geräte sind ausschliesslich für die Selbstbehandlung von Schmerzen vorgesehen. Swissmedic rät davon ab, die TENS Geräte zur Behandlung von anderen Beschwerden und Krankheiten als zur Behandlung von Schmerzen zu verwenden.
- Die TENS-Geräte sind ungeeignet für die Behandlung von anderen ausserhalb dieser Indikation stehender Beschwerden und Krankheiten. Bei anderen Krankheiten und Beschwerden sollten Sie sich an eine Ärztin oder einen Arzt wenden.

Kontakt:

Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut / Abteilung Medizinprodukte / Hallerstrasse 7 / Postfach / CH-3000 Bern 9

Tel. +41 58 463 22 51

Fax +41 58 462 76 46

Internet www.swissmedic.ch/md

E-Mail medical.devices@swissmedic.ch