



Wichtige Sicherheitsinformation
in Absprache mit SWISSmedic

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
8052 Zürich
Schweiz
Telefon +41 43 495 71 11
Fax +41 43 495 72 80

Zürich, 13.02.2026

Kundeninformation

WICHTIGE MITTEILUNG

Diskrepanz zwischen dem im 2D-Barcode des Fläschchenetiketts kodierten Verfallsdatum und dem aufgedruckten lesbaren Verfallsdatum des Fläschchenetiketts für Cytosar Solution 2g/20ml, Injektionslösung (Zulassungsnummer: 54845; Charge: CT32407B, EXP: 31MAY2026)

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchte Pfizer Sie über die Diskrepanz der Verfallsdaten für die Cytosar 2g/20ml, Injektionslösung Charge: CT32407B (EXP: 31MAY2026) informieren.

Das im 2D-Barcode des Fläschchenetiketts kodierte Verfallsdatum stimmt nicht mit dem auf dem Fläschchenetikett aufgedrucktem lesbaren Format überein (siehe unten):

Korrekte Verfallsdatum in aufgedrucktem lesbarem Format auf dem Fläschchenetikett	Falsches Verfallsdatum kodiert im 2D-Barcode des Fläschchenetiketts
<p>EXP: 31MAY2026</p>  <p>OT: CT32407B DP: 05-2026</p>	<p>EXP: 31OCT2027</p>  <p>OT: CT32407B DP: 05-2026</p>



Bitte beachten Sie ebenfalls, dass das Verfallsdatum ausschliesslich im 2D-Barcode des Fläschchenetiketts falsch kodiert worden ist. Alle restlichen Angaben, d.h. Verfallsdatum und Chargennummer, die in lesbarer Form auf dem Etikett der Durchstechflasche aufgedruckt sind, sowie der 2D-Barcode, das Verfallsdatum und die Chargennummer auf der Verpackungseinheit sind korrekt.

Kontaktangaben

Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an quality.operations.CH@pfizer.com und/oder an Customer.ch@pfizer.com.

Freundliche Grüsse

Pfizer AG