

Warnung vor Produkten der Firma „CC Medical Products“, insbesondere Urinbeutel für Kinder

Swissmedic erhielt von deutschen Behörden die Information, dass unrechtmässig Produkte einer nicht existierenden Firma „CC Medical Products, 38131 Braunschweig“ mit medizinischer Zweckbestimmung in Verkehr gebracht wurden. Gefunden wurden in Deutschland bisher „Urinbeutel für Kinder mit Klebezone 200ml“. Ein Abbild der Etikette finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Produkte erfüllen die geltenden gesetzlichen Anforderungen nicht. Es ist insbesondere unklar, ob die erforderliche Sterilität gewährleistet ist. Eine Gefährdung der Gesundheit kann daher nicht ausgeschlossen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der deutschen Behörden existiert die auf der Verpackung angegebene Firma nicht. Die aufgedruckte Konformitätsmarkierung wurde gefälscht.

Es muss davon ausgegangen werden, dass alle unter der Herstellerbezeichnung „CC Medical Products, 38131 Braunschweig“ im Markt befindliche Produkte unrechtmässig im Verkehr sind. Diese Produkte sollten auf keinen Fall angewendet werden.

Die Produkte sind auf Deutsch beschriftet, vielleicht auch in anderen Sprachen. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass sie auch in der Schweiz zum Verkauf angeboten werden. Sofern Sie davon Kenntnis haben, ersuchen wir Sie dringend, Swissmedic darüber zu informieren.

Kontakt

Swissmedic, Abteilung Medizinprodukte
Hallerstrasse 7
Postfach
CH-3000 Bern 9
Tel. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46
e-Mail: medical.devices@swissmedic.ch

Weitere Informationen über Medizinprodukte finden Sie im Internet auf www.swissmedic.ch/md.asp

<p>Artikel Nr.: Y300200</p> <p>Urinbeutel für Kinder mit Klebezone 200 ml</p>		<p>CC MEDICAL</p>	
<p>LOT 20091120</p>	<p>11-2014</p>	<p>STERILE EO</p>	<p>100</p>
<p>REF Y300200</p>	<p>Ⓢ</p>	<p>CE 0482</p>	
<p> CC Medical Products Postfach 81 11, D-38131 Braunschweig, Germany</p>		<p>V 001-07.2009</p>	

Etikette von „Urinbeutel für Kinder mit Klebezone 200ml“