

RAPPEL

Aux médecins concernés

Therwil, le 10 juillet 2012

Rappel de lots ALLERGOVIT®

Allergovit Mixtura Graminea; lots : G1000618-A,-B

Allergovit Mixtura Graminea 80/Secale 20; lots: G1000656-A,-B

Mesdames,

Messieurs,

Suite à un contrôle interne de la qualité, nous avons constaté que les lots ALLERGOVIT® mentionnés ci-dessus sont situés en dehors des limites de nos spécifications. Afin d'exclure tout risque théorique, la société Allergopharma AG, en concertation avec Swissmedic, procède, par mesure de précaution, au rappel des lots Allergovit Mixtura Graminae et Allergovit Mixtura Graminea 80/Secale 20 en circulation sur le marché suisse (G1000618-A,-B et G1000656-A,-B).

Il n'y a aucun risque pour les patients qui ont déjà été traités avec un produit concerné. **Pour les patients qui sont en cours de traitement, le traitement avec les lots concernés doit être arrêté immédiatement.** Le traitement sera poursuivi avec un nouveau flacon d'un lot non concerné conformément aux indications figurant dans la notice. **La première dose de la nouvelle boîte doit alors correspondre à la moitié de la dose administrée en dernier.** La dose peut ensuite être à nouveau augmentée conformément à la prescription de dosage dans le respect d'un intervalle de 7 (-14) jours.

Selon nos informations, les **numéros de référence** des lots concernés qui vous ont été livrés sont les suivants :

Numéros de référence:

Nous vous prions donc de bien vouloir contrôler vos stocks. Nous vous enverrons le plus rapidement possible des préparations de remplacement pour les préparations concernées. Veuillez nous communiquer les numéros de référence des préparations à remplacer en nous envoyant le formulaire fax ci-joint.

Nous vous prions de nous retourner les boîtes concernées avec la mention „Rappel de lots“ à notre adresse spécifique pour les retours:

Allergopharma AG, Erlenstrasse 29, Postfach 109, 4106 Therwil

L'objectif de cette action est de garantir la sécurité des patients et nos exigences en matière de sécurité. Nous espérons en votre compréhension.

Pour toute question, nous restons à votre entière disposition au numéro de téléphone 061 721 88 66 ou par e-mail à l'adresse mail: info@allergopharma.ch.

Veillez agréer l'expression de nos meilleures salutations.

Allergopharma SA

Dr. Claude J. Fischlewitz
Directeur