

B. Braun Medical SA

Hospital Care

Seesatz 17

CH-6204 Sempach

Tél. 0848 83 00 44

Fax 0800 83 00 43

sales-hospital.bbmch@bbraun.com

www.bbraun.ch

»

Sempach, le 18 mai 2011

Communication importante ! A traiter immédiatement ! RAPPEL DE PRODUITS

Produit : Braunoderm® incolore
No d'articles 18394 / 18395 / 18396 / 18420 / 2586118
No de lots 0103M11 / 0183M14 / 0253M14

Produit : Braunoderm® coloré
No d'article 18397
No de lots 0062M07 / 0184M15

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre d'un contrôle régulier de stabilité, nous avons constaté que la teneur en iode disponible peut diminuer légèrement au dessous de la spécification avant la date limite d'utilisation sur certains lots de Braunoderm® colorés et incolores.

Nous rappelons en conséquence de manière préventive, en accord avec Swissmedic, les lots concernés. Des analyses complémentaires ont confirmé qu'aucun autre lot de Braunoderm® n'est touché par ce problème de stabilité.

Selon notre évaluation, il n'existe pas de risque pour le patient. L'effet désinfectant du produit, malgré la légère baisse de la teneur en iode disponible n'est pas impacté car la teneur reste largement au dessus des concentrations microbicides préconisées par la littérature.

Selon nos données de distribution, nous vous avons approvisionné avec des produits touchés par ce rappel.

Nous vous demandons en conséquence de ne pas utiliser les lots des produits ci-dessus mentionnés. Merci de confirmer la bonne réception de ce courrier par retour du formulaire attaché dûment complété.



En cas de questions nos collaborateurs du service des ventes se tiennent à votre disposition au numéro de téléphone : 0848 83 00 44.

Nous regrettons les inconvénients causés par ce rappel et nous vous remercions par avance de votre compréhension

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

B. Braun Medical SA

Dr. Anja Wolf-Neumann
QP QM Manager CH-Sales divisions

Michel Mathys
Product Manager Infection Control