THE LINDE GROUP

PanGas

100 Jahre Ans Anni 1909–2009

FAX

An/A/To

Von/De/From

Fax

Tel./Tél./Phone

Datum/Date 03. Juli 2009

Fax

KundenNo.

E-Mail

Rappel de lot sur emballages médicaux avec Valves PinIndex

Chère Cliente,
Cher Client

Nous avons tenté de contacter vos services le vendredi 3 juillet par téléphone afin de vous faire part d'un rappel de lot que nous avons décidé d'opérer. N'ayant pas réussi à vous joindre, nous vous informons par fax.

Nous avons détecté un problème technique sur certaines valves PinIndex de bouteilles de gaz médicaux (nouvelles valves à pression résiduelle positive). Ces valves pourraient ne pas être totalement étanches ce qui signifie que dans le cas le plus extrême, une bouteille pourrait se vider.

A titre de sécurité nous avons décidé de rappeler l'ensemble de ces bouteilles afin de les tester. Dans ce but :

- Merci de bien vouloir contrôler votre stock
- Recherchez les bouteilles dont nous vous communiquons les numéros
- Marquez ces bouteilles avec une étiquette portant la mention "Rappel"
- Isolez ces bouteilles qui devront être retournées et les maintenir dans un espace correctement ventilé

Les données relatives aux bouteilles de votre stock faisant l'objet de ce rappel sont précisées ci-dessous :

ArtikelNo.	Artikel	CylinderNo.	Barcode No.	Chargen/Lot No.
2020,xx02	O2 med., xx Liter, PinIndex	xxxxx	756311xxxxxxxx	JJMMDDXXX
2920,xx02	CO2 med., xx Liter, PinIndex	xxxxx	756311xxxxxxxx	JJMMDDXXX
2610,xx02	N2O med., xx Liter, PinIndex	xxxxx	756311xxxxxxxx	JJMMDDXXX

PanGas AG

PanGas AG
Hauptsitz
Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen

Telefon 0844 800 300
Fax 0844 800 301
E-Mail contact@pangas.ch
Internet www.pangas.ch

PanGas AG
Siège principal
Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen

Téléphone 0844 800 300
Fax 0844 800 301
E-Mail contact@pangas.ch
Internet www.pangas.ch