

MEDA Pharma GmbH rappelle en Suisse quatre lots du médicament Epipen® / Epipen® Junior

Afin de garantir la sécurité des patients, MEDA Pharma GmbH rappelle par mesure de précaution, d'entente avec l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, quatre lots d'Epipen® / Epipen® Junior en Suisse.


MEDA a mené une enquête, qui a donné les résultats suivants: en raison d'un possible défaut, le stylo pourrait, en cas d'urgence, être difficile (nécessité d'utiliser plus de force) voire impossible à activer, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la santé.

Sont concernés exclusivement les lots figurant sur la liste suivante:

Produit	Lot	Date de péremption	Livraison depuis le
Epipen	5FA665J	02.2017	10/02/2016
Epipen Junior	5ED824M	03.2017	05/02/2016
Epipen Junior	5ED824AD	03.2017	08/03/2016
Epipen	6FA293D	09.2017	09/08/2016

Si vous avez un Epipen® / Epipen® Junior qui porte l'un des numéros de lots susmentionnés, veuillez le rapporter à l'endroit de votre achat (cabinet médical ou pharmacie) pour un échange gratuit.

Sur l'illustration ci-dessous, vous voyez où se trouve le numéro de lot sur l'emballage d'Epipen® / Epipen® Junior



Si vous avez un Epipen® / Epipen® Junior avec un autre numéro de lot, ce produit n'est pas concerné et il n'y a aucun problème. Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'excuser les désagréments liés à ce rappel.

Nous restons volontiers à votre disposition pour répondre à toute question

(tél. 044 835 26 26 ou e-mail info@medapharma.ch).

MEDA Pharma GmbH