



Zurich, en août 2008 PMe

**Rappel de lots de Depo-Provera 150, suspension injectable en seringues prêtes à l'emploi**

Madame, Monsieur,

En accord avec Swissmedic, nous rappelons tous les lots de seringues prêtes à l'emploi de Depo-Provera 150 dont la date d'expiration n'est pas échuë, en raison de la présence de particules de verre détectée dans des exemplaires isolés du produit.

Nous vous prions de renvoyer vos stocks éventuels de lots concernés à l'adresse suivante :

**Alloga AG  
Buchmattstrasse 10  
3401 Burgdorf**

La marchandise en question vous sera remboursée au prix d'usine.

Les ampoules perforables à 150 mg/3 ml de Depo-Provera ne sont pas concernées par le rappel des lots.

Nous regrettons ces désagréments, espérons pouvoir compter sur votre compréhension et vous remercions de votre précieuse collaboration.

Sincères salutations.

**Pfizer AG**

