

INTERLABO SWITZERLAND

42, rue Prévost-Martin
Case Postale 428
1205 Genève – CH
Tel : 022.321.51.08
Fax : 022.321.51.09

Genève, le 31 mars 2009

RAPPEL DE LOTS

Préparation : Nogynex Tampons (Préparation en Co-marketing)
Numéro d'enregistrement : 57'753
Principe actif : Chlorure de Benzalkonium
Lots rappelés : Tous

Mesdames, Messieurs,
Chers Clients,

Nous sommes au regret de vous informer que la préparation Nogynex Tampons présente un défaut de qualité qui concerne tous les lots de fabrication et nécessite, sur instructions de Swissmedic, leur rappel du marché.

Ce défaut se caractérise par un dessèchement exceptionnellement précoce avant la date limite de péremption.

De ce fait l'humidité nécessaire à un emploi fiable et sûr des produits n'est plus garantie.

C'est pourquoi, nous vous demandons d'en informer vos propres clients et de nous retourner directement pour remboursement ou crédit en compte toutes les unités de notre produit Nogynex tampons que vous détiendriez encore en vos stocks.

En vue de pouvoir garantir à l'avenir l'amélioration de sa qualité nous travaillons à une nouvelle présentation de notre préparation, mieux adaptée à sa conservation.

Nous vous prions de bien vouloir excuser cette défaillance, et vous remerciant de l'intérêt que vous avez bien voulu porter et espérons conserver à notre produit, nous restons à votre disposition et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de nos meilleurs sentiments