

Institut:

Département :

Nome :

Fax:

Date:

Page: 1 / 1

Urgent

Retrait de TechneScan MAG3 , Trousse de marquage

Numéro d'autorisation : 49 796
Lot: 310418 et 310475
Date de péremption: 14.10.2012 bzw. 19.10.2012
Date de la livraison: Janvier - Mars 2012
Nr. de retrait interne: R-12-01



Cher client

En consultation avec Swissmedic nous devons porter à votre connaissance l'avis de retrait prévoyant du TechneScan MAG3, kit pour le marquage. Les numéros de lot sont mentionnés au-dessus. On ne peut pas exclure qu'il y a des particules de verre dans les flacons de ces lots.

N'utilisez plus Technescan MAG3 avec les numéros de lot 310418 et 310475!

Nous vous prions de contresigner le récépissé de réception ci-joint et de nous le retourner au numéro de fax +41 44 252 67 96. Nous vous prions aussi de nous aviser combien de stock est toujours disponible (même si vous n'avez plus rien).

Nous allons vous contacter dans les prochains jours pour discuter des démarches à suivre concernant le retour du stock au producteur ou l'élimination et de même pour les questions d'ordre administratif.

Pour annoncer un effet indésirable, nous vous prions d'utiliser le formulaire prévu à cet effet et de l'envoyer au centre régional de pharmacovigilance. Vous trouvez le formulaire sur le site internet de Swissmedic (www.swissmedic.ch accès direct à annonces d'effets indésirables) et dans l'annexe du Compendium suisse des médicaments. Vous pouvez aussi commander le formulaire par téléphone chez Swissmedic (Tél. 031 322 02 23)

Nous regrettons les inconvénients causés et nous vous remercions de votre compréhension et de votre bonne collaboration.

Avec nos meilleures salutations
Mallinckrodt Suisse SA

Mallinckrodt Suisse SA

Meike Schöni (MSc)
Manager Regulatory & Quality Affairs (RP)
Tel: +41 79 516 80 61

Silvia Schuler
Customer Service & Sales Assistant
Tel. +41 44 254 24 54