

Arlesheim, 12.02.2018

**INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE RETRAIT DE LOT 15159, LIQUÉMINE 25'000 U.I. / 5ML, SOLUTION POUR INJECTION**

Mesdames, Messieurs

Le 15 janvier 2018 nous vous informions au sujet du retrait des lots 010416, 010715, 020616, 030916, 041216 de Liquémine 25'000 U.I./ 5ml flacons perforables. Ce retrait, et l'arrêt momentané des livraisons qui y était lié, ont mené à une situation tendue pour l'approvisionnement en produits injectables d'héparine.

Entre temps, la livraison de Liquémine 25'000 U.I. / 5ml flacons perforables a pu reprendre. Dans ce contexte, des questions au sujet de la qualité de la nouvelle marchandise livrée ont été soulevées de la part de certains hôpitaux. Nous aimerions dès lors vous faire part ici des points suivants :

1. Les lots Liquémine 25'000 U.I./ 5ml, qui sont actuellement livrés par Drossapharm ne sont pas touchés par le retrait communiqué le 15 janvier 2018 (cf. publication sur la page web Swissmedic du 17 janvier 2018). Vous pouvez vous en rendre compte en constatant que le numéro de lot diffère de ceux publiés dans le cadre du retrait.
2. Concernant la marchandise actuellement livrée, Drossapharm a implémenté comme mesure de sécurité, en accord avec Swissmedic, un test qualifié supplémentaire, avec lequel chaque flacon perforable individuel est soumis entre autres à un examen visuel au moyen d'une loupe stéréo.

De ce fait des flacons perforables présentant d'éventuels défauts du verre peuvent être identifiés et éliminés. Pour toute question nous nous tenons volontiers à votre disposition au numéro de téléphone 061/705 1000.

Avec nos meilleures salutations

**Dr. Roger Imboden**

Fachtechnisch verantwortliche Person