

Contrefaçons du produit injectable pour le comblement des rides « Restylane »

Des autorités étrangères ont attiré l'attention de Swissmedic sur la découverte d'emballages contrefaits du produit injectable pour le comblement des rides Restylane Perlane. Le distributeur allemand Q-MED GmbH a déjà porté cette contrefaçon à la connaissance de ses clients suisses.

Les substances contenues dans la contrefaçon ne sont pas encore connues, un danger pour la santé ne peut pas être exclu.

Les contrefaçons actuelles sont reconnaissables aux caractéristiques suivantes et ne doivent en aucun cas être utilisées:

- Les contrefaçons découvertes jusqu'à présent sont munies du numéro de lot 51-19101-03 sur l'emballage extérieur, 51-19101-09 sur l'emballage des seringues.
- La marque « CE » est suivie du numéro 0562.
- Emballage en langue anglaise, française, portugaise et hollandaise.
- Le produit original est conditionné dans un emballage blister, ce qui n'est pas le cas de la contrefaçon.

Des images du produit contrefait peuvent être consultées sur Internet à l'adresse suivante : www.restylane.de/Infothek/News/ .

On ne peut exclure que ces contrefaçons soient aussi proposées en Suisse. Dans la mesure où vous en avez connaissance, nous vous prions instamment d'en avvertir Swissmedic.

Contact

Swissmedic, Division Dispositifs Médicaux
Hallerstrasse 7
Case postale
CH-3000 Berne 9
Tél. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46
e-Mail: medical.devices@swissmedic.ch

D'autres informations sur les dispositifs médicaux sont publiées sur Internet à l'adresse www.swissmedic.ch/md.asp