

## Avis de sécurité : Contrefaçons du produit de comblement des rides « Restylane »

Des autorités sanitaires étrangères ont informé Swissmedic de la découverte de contrefaçons du produit de comblement des rides Restylane. A ce jour, on ignore quels sont les composants de ces produits contrefaits, si bien que des risques pour la santé ne peuvent être exclus. Ils ne doivent donc en aucun cas être utilisés.

Il est par ailleurs possible que des produits contrefaits soient proposés à la vente aussi en Suisse.

Les produits contrefaits identifiés jusqu'à ce jour présentent simultanément toutes les caractéristiques suivantes :

- Nom : Restylane (cf. image 1)
- Les informations suivantes figurent sur l'emballage extérieur (cf. image 2) :
  - le numéro de référence (REF) 10-70012,
  - le numéro de lot (LOT) 12683-3
  - la date d'expiration (symbolisée par un sablier) 2021-12-30
- L'emballage de la seringue (blister) porte le numéro d'article («Art. No.») 90-42162-02
- Les mentions figurant sur l'emballage sont rédigées en anglais.

Image 1 :



Image 2 :



### Contact : Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Medical Device Surveillance, Surveillance du marché

Hallerstrasse 7

3012 Berne

medical.devices@swissmedic.ch

www.swissmedic.ch

Schweizerisches Heilmittelinstitut  
Institut suisse des produits thérapeutiques  
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
Swiss Agency for Therapeutic Products