

## **Avis de sécurité**

**Appareils de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) fabriqués par l'entreprise Fritonex SA : mise en garde contre toute utilisation dans des cas de figure autres que la prise en charge des douleurs par le patient à domicile**  
**Le 4 juillet 2016**

### **Produits concernés**

Appareils de neurostimulation électrique transcutanée fabriqués par l'entreprise Fritonex SA, Breite 9, 3636 Forst bei Längenbühl :

- Power QuickZap
- PowerTube QuickZap Gold
- PowerTube QuickZap Silver

### **Description du risque :**

- C'est surtout sur Internet que sont vantés les mérites des appareils de neurostimulation électrique transcutanée (TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) pour la prise en charge de différentes maladies dont le paludisme et diverses infections. Ces publicités induisent en erreur car l'effet de ces appareils n'a pas été démontré pour ces maladies et troubles.
- Selon le mode d'emploi, les appareils de neurostimulation électrique transcutanée de l'entreprise Fritonex SA sont uniquement conçus pour l'indication « **traitement des douleurs par le patient à domicile** ». L'effet de ces appareils dans la prise en charge d'autres maladies et affections n'a pas été prouvé.
- Celui qui utilise un appareil de neurostimulation électrique transcutanée en lieu et place d'un traitement efficace pour soigner une maladie qui ne fait pas partie de l'indication n'a aucune garantie de suivre ce faisant un traitement approprié sur le plan médical.

### **Mesures recommandées :**

Les recommandations de Swissmedic sont les suivantes :

- Les appareils de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) sont exclusivement destinés au traitement des douleurs par les patients à domicile. Swissmedic déconseille le recours à ces appareils pour traiter des affections et maladies autres que les douleurs.
- Les appareils de neurostimulation électrique transcutanée ne sont pas appropriés pour prendre en charge les affections et les maladies qui ne correspondent pas à l'indication susmentionnée. Pour toute autre maladie ou trouble, il y a lieu de consulter un médecin.

### **Contact :**

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques / Division Dispositifs médicaux /  
Hallerstrasse 7 / Case postale / CH - 3000 Berne 9

Tél. : +41 58 463 22 51

Fax : +41 58 462 76 46

Internet : [www.swissmedic.ch/md](http://www.swissmedic.ch/md)

E-Mail : [medical.devices@swissmedic.ch](mailto:medical.devices@swissmedic.ch)