

## **Swissmedic annonce le vol de dispositifs médicaux inaptes à l'emploi**

**Un camion transportant des dispositifs médicaux de la maison Tyco Healthcare impropres à l'emploi a été volé en République Tchèque. Il n'est pas exclu que les produits dérobés (en particulier des neuro-tamponnettes et des cathéters urinaires) soient proposés en Suisse à des utilisateurs potentiels.**

La maison Tyco Healthcare communique que le 17 novembre passé, un camion chargé de dispositifs médicaux a été volé en République Tchèque. Une partie des produits, dans leur emballage final, était sur le chemin de la stérilisation. Malgré leur désignation "stérile", ces produits ne le sont pas encore.

On ne peut exclure que ces produits soient proposés à des hôpitaux ou des homes en Suisse. Dans la mesure où vous en avez connaissance, nous vous prions instamment d'en avvertir Swissmedic.

Les produits qui suivent sont **non stériles** et impropres à l'emploi, bien que les étiquettes mentionnent leur stérilité:

Désignation Tyco	No d'article	Lot	Nombre / emballage
Curity Katheter-Set für Männer	10041	4314110641	20 trousses
Day night Beutel	5079	4317110306	Grand carton
Webloy Neuro-Tupfer mit Faden / Eponges Neuro Webloy tissées	80101	4307210667	10, 100 ou 1000
Webloy Neuro-Tupfer mit Faden / Eponges Neuro Webloy tissées	80104	4307210668	10, 100 ou 1000
Curity Spitztupfer	80148	4307210676	10 ou 200
Curity Spitztupfer	80160	4307210677	10, 200 ou 2000
Webloy Tupfer-Set	90014	4307210678	1, 5 ou 50

Autre marchandise, désignée sur l'étiquette „Produkt vor der Anwendung sterilisieren“:

Désignation Tyco	No d'article	Lot	Nombre / emballage
Webloy Neuro-Tupfer	80002	4307010659	10 ou 1000
Webloy Neuro-Tupfer	80003	4307010660	10 ou 1000
Webloy Neuro-Tupfer	80004	4307010661	10 ou 1000
Webloy Neuro-Tupfer	80008	4307010663	10 ou 1000
Webloy Neuro-Tupfer	80009	4307010664	10 ou 1000
Curity Spitztupfer	80050	4307010665	10 ou 1000
Curity Spitztupfer	80062	4307010666	10 ou 1000

Marchandise en vrac (non prête à la vente)

Désignation Tyco	No d'article	Lot	Nombre / emballage
Outletsystem	310069	4321010418	Marchandise en vrac
Adapter 1072 EG	325187	4315010432	Marchandise en vrac
Drainagetube with Dripchamber 310205	310205	4320010534	Marchandise en vrac
UMG 4000	310708	4314010426	Marchandise en vrac

Contact

Swissmedic, Division Dispositifs Médicaux  
Erlachstrasse 8  
8000 Berne 9

Tél. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46

Rédaction: Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques  
Division Dispositifs Médicaux  
Erlachstrasse 8  
CH-3000 Berne 9  
Tél. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46  
[www.swissmedic.ch/md.asp](http://www.swissmedic.ch/md.asp)