

Name  
Adresse  
Adresse**Organon GmbH**  
Weyrstrasse 20  
6006 Lucerne  
Suisse  
Téléphone: +41 58 123 73 73  
dpoc.switzerland@organon.com

En février 2023

**NOTIFICATION IMPORTANTE : RAPPEL DE LOT****Rappel de lot****Celestone Chronodose<sup>®</sup>, préparation pour injection (N° d'autorisation 31839)**  
**Diprophos<sup>®</sup> suspension pour injection (N° d'autorisation 39528)**

Mesdames et Messieurs,

En accord avec Swissmedic, nous vous informons par la présente que Organon GmbH, rappel à titre préventif, tous les lots non périmés de Diprophos<sup>®</sup>, suspension pour injection et Celestone Chronodose<sup>®</sup>, préparation pour injection (voir tableau) jusqu'au niveau du commerce de détail (grossistes, pharmacies et hôpitaux).

Présentation	N° de lot	Date de péremption	Pharmacode
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML 1AMP CHE	W020013	30.09.2023	6461280
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML 1AMP CHE	U033847	28.02.2023	6461280
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML 1AMP CHE	W026084	31.10.2023	6461280
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML 1AMP CHE	W032453	31.10.2023	6461280
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	U027647	30.04.2023	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	U037912	31.08.2023	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	U033801	31.07.2023	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	W012324	29.02.2024	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	W022770	30.04.2024	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	U019214	28.02.2023	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 1AMP CHE	U019214.A	28.02.2023	701501
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	U038544	31.08.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	W001996	30.09.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	U031633	30.04.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	W009990	31.12.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	W019108	31.03.2024	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	W024918	31.05.2024	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	W032919	31.07.2024	701518

Présentation	N° de lot	Date de péremption	Pharmacode
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	U020956	31.03.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	U020956.A	31.03.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	U028999	30.04.2023	701518
DIPROPHOS INJ 1ML 5AMP CHE	U016594	28.02.2023	701518

### Raison du rappel préventif

Le rappel est motivé par la contamination possible des solutions de suspension stériles par des particules d'acier inoxydable, due à l'utilisation d'un composant non conforme dans le processus de fabrication. Cela peut avoir pour conséquence que le produit ne corresponde pas à la qualité déclarée. C'est pourquoi les lots susmentionnés sont rappelés en accord avec Swissmedic.

### Mesures requises :

Les lots mentionnés ne doivent plus être distribués.

Les clients livrés directement par Organon GmbH sont priés de retourner la marchandise jusqu'au 31.03.2023 à l'adresse de retour suivante:

**Alloga AG, Retourenabteilung, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf.**

Vous recevrez bien entendu une note de crédit pour la marchandise retournée. Actuellement, nous ne pouvons vous proposer de remplacement pour aucune présentation de Diprophos®, suspension pour injection et Celestone Chronodose®, préparation pour injection.

Pour toute question supplémentaire, notre service clientèle se tient à votre disposition au numéro de téléphone 058 123 74 00.

### Annnonce d'effets indésirables des médicaments (EI)

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l'outil de déclaration d'effets indésirables développé à cet effet. L'utilisation de l'Electronic Vigilance System (EIViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie directe ou par téléchargement de fichier xml«. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)

Pour toute question d'ordre médical, veuillez-vous adresser à Organon DPOC: tél. 058 123 73 73, e-mail : [d poc.switzerland@organon.com](mailto:d poc.switzerland@organon.com)

Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés par ce rappel de lot et vous remercions par avance de votre compréhension et de votre coopération.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées,  
Organon GmbH

Dr. Michael Wachsmuth  
FvP Organon GmbH

Thomas Morlet  
Managing Officer / Swiss Finance Controller