

**Rappel de lot  
Aux clients concernés**

Therwil, 09. octobre 2017

**Rappel de lot Prick-Test  
Prick-Test Dermatophagoides farinae: U7016871-CH**

Mesdames,

Messieurs,

Dans le cadre d'une étude de stabilité, nous avons constaté qu'un lot de Prick-Test D.farinae se situait en dehors des limites de nos spécifications (teneur en activité allergénique plus haute).

Pour cette raison la société Allergopharma SA, procède, en concertation avec Swissmedic, par mesure de précaution, au rappel du lot **U7016871-CH** de Prick-Test D.farinae, concerné par cette dérogation. Ce défaut de qualité n'entraîne pas de risque de sécurité pour les patients.

Nous vous prions donc de bien vouloir contrôler vos stocks. Nous vous enverrons le plus rapidement que possible des unités de remplacement pour les produits concernées.

Nous vous prions de nous retourner les produits concernés avec la mention «rappel de lots» ainsi que le formulaire joint à notre adresse pour les retours :

Allergopharma AG, Erlenstrasse 29, Postfach 109, 4106 Therwil

L'objectif de cette action est de garantir la sécurité des patients et nos exigences en matière de sécurité. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l'outil de déclaration d'effets indésirables développé à cet effet. L'utilisation de l'Electronic Vigilance System (EIViS), permet de faire la déclaration des EI par saisie directe ou par téléchargement de fichier xml. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) > Surveillance du marché > Pharmacovigilance >.

Pour toute question, nous restons à votre entière disposition au numéro de téléphone 061 721 88 66 ou par e-mail à l'adresse [info@allergopharma.ch](mailto:info@allergopharma.ch).

Veillez agréer l'expression de nos meilleures salutations.

Allergopharma AG

Zied Ghouila  
Responsable technique

Isabel Benitez  
Directrice service clients