

## Avviso di sicurezza: Contraffazione dei filler intradermici «Restylane»

Autorità sanitarie estere hanno comunicato a Swissmedic che sono state scoperte confezioni contraffatte dei filler intradermici «Restylane». Gli ingredienti del prodotto contraffatto non sono tuttora noti, non si può quindi escludere danni alla salute.

Non è da escludere nemmeno che i prodotti contraffatti siano commercializzati anche in Svizzera. I prodotti contraffatti non devono essere utilizzati.

I prodotti contraffatti finora trovati possono essere riconosciuti dalla presenza simultanea di tutte le seguenti caratteristiche:

- Nome: Restylane (cfr. foto 1)
- Sulla confezione esterna sono riportate le seguenti informazioni (cfr. foto 2):
  - il numero di riferimento (REF) 10-70012;
  - il numero del lotto (LOT) 12683-3;
  - la data di scadenza (indicata con il simbolo della clessidra) 2021-12-30.
- Sulla confezione delle siringhe (blister) è indicato il numero dell'articolo («Art. No.») 90-42162-02.
- La confezione è in inglese.

Foto 1:



Foto 2:



### Contatto: Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Medical Devices Surveillance, Sorveglianza del mercato

Hallerstrasse 7

3012 Berna

medical.devices@swissmedic.ch

www.swissmedic.ch

Schweizerisches Heilmittelinstitut  
Institut suisse des produits thérapeutiques  
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
Swiss Agency for Therapeutic Products