

Avviso di sicurezza

**Siringhe di acido ialuronico TOP - Q fabbricate da Qufu Hi-Tech Trading Co., Ltd, Cina:
avvertenza sull'uso di prodotti non conformi
5 dicembre 2016**

Prodotti in questione:

Tutte le siringhe di acido ialuronico preriempite TOP-Q, prodotte da Qufu Hi-Tech Trading Co., Ltd, Cina. Questi prodotti sono destinati al riempimento di rughe, trattamenti oftalmici e cura di dolori articolari.

La linea TOP-Q comprende oltre un centinaio di prodotti.

Descrizione del rischio:

- I prodotti sono disponibili su Internet e recano abusivamente il marchio CE 0434 che indica l'organismo di valutazione della conformità. L'organismo menzionato non ha mai fornito nessun certificato di conformità a Qufu Hi-Tech Trading Co.,Ltd; si tratta quindi di falsi.
- D'altra parte, Qufu Hi-Tech Trading Co., Ltd presenta sul proprio sito Internet un certificato CE falso che sarebbe stato emesso dall'organismo di valutazione della conformità ETL. Quest'ultimo non è del resto autorizzato a valutare la conformità dei dispositivi medici.
- I prodotti non conformi non offrono nessuna garanzia di sicurezza e di efficacia.
- L'uso di prodotti non conformi può comportare grossi rischi per la salute.

Misure raccomandate:

Le raccomandazioni di Swissmedic sono le seguenti:

- i prodotti non sono conformi e non vanno utilizzati.

Contatto

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici / Divisione Dispositivi medici /
Hallerstrasse 7 / Casella postale / CH - 3000 Berna 9

Tel.: +41 58 463 22 51

Fax : +41 58 462 76 46

Internet : www.swissmedic.ch/md

E-Mail : medical.devices@swissmedic.ch