

Avviso di sicurezza

**Avvertenza concernente l'uso degli apparecchi TENS della ditta Fritonex AG al di fuori dell'autoterapia contro i dolori
4 luglio 2016**

Prodotti interessati:

apparecchi TENS del fabbricante Fritonex AG, Breite 9, 3636 Forst bei Längenbühl:

- Power QuickZap
- PowerTube QuickZap Gold
- PowerTube QuickZap Silver

Descrizione del pericolo

- Gli apparecchi TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) vengono a volte pubblicizzati, specialmente su Internet, per il trattamento di diverse malattie, come ad esempio della malaria e di varie infezioni. Questa pubblicità è ingannevole, in quanto l'efficacia degli apparecchi TENS contro tali malattie e disturbi non è stata comprovata.
- Gli apparecchi TENS della ditta Fritonex AG sono previsti esclusivamente per l'indicazione riportata nelle istruzioni per l'uso, ossia **l'autoterapia in caso di dolori**. L'efficacia di questi apparecchi per altri disturbi e malattie non è stata comprovata.
- Se utilizzate un apparecchio TENS anziché una specifica terapia per curare una malattia che non fa parte dell'indicazione, non avete la garanzia di usufruire di un trattamento medico corretto.

Misure consigliate

Swissmedic consiglia quanto segue:

- gli apparecchi TENS sono concepiti esclusivamente per l'autoterapia in caso di dolori. Swissmedic sconsiglia di utilizzare gli apparecchi TENS per il trattamento di disturbi e malattie che non siano il trattamento di dolori.
- Gli apparecchi TENS non sono adatti per il trattamento di altri disturbi e malattie al di fuori di quelli riportati nelle indicazioni. Se soffrite di altri disturbi e malattie dovrete rivolgervi a un medico.

Contatto

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici / Divisione dispositivi medici /
Hallerstrasse 7 /

casella postale / CH-3000 Berna 9

Tel. +41 58 463 22 51

Fax +41 58 462 76 46

Internet www.swissmedic.ch/md

E-mail: medical.devices@swissmedic.ch